



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

**UNIDADE MISTA DA ALIANÇA BELARMNO LUIZ PESSOA DE MELO
RUA MARECHAL DEODORO s/n – Aliança – PE**

Fone: 3637-2041

Email: unidademistaalianca@live.com

Aliança, 10 de Outubro de 2022

PARECER

A empresa SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, ofertou o produto PLURON QUARTER LH, fabricado pela empresa Mustang Pluron Química Ltda, não atende as especificações solicitadas no edital, conforme abaixo:

DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE 5ª GERAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, GALÕES DE 5 LITROS, DE ALTA DILUIÇÃO HOSPITALAR, COMPOSIÇÃO CLORETO DE ALQUIDIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA.

O produto ofertado possui baixa concentração da substância PHMB em sua composição, divergindo do solicitado, conforme especificações contidas no rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECILMETIL AMÔNIO, CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA, EQUETRANTE, TAMPONANTES, SOLVENTE E VEÍCULO.
PRINCÍPIOS ATIVOS: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO / CLORETO DE DIDECILMETIL AMÔNIO – 7,28% P/P E CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA – 0,5% P/P.

Por este motivo não aprovamos o produto da empresa SILP CATANDUVA comércio de embalagens Ltda.

Maria das Vitorias dos S. Dantas
Coordenadora de CCIH
COREN 193762/PE

Maria das Vitorias dos Santos Dantas
Coordenadora de Enfermagem / CCIH

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📱 PREFEITURADAALIANÇA



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

UNIDADE MISTA DA ALIANÇABELARMINO LUIZ PESSOA DE MELO

Rua Marechal Deodoro s/n – Aliança – PE

Fone: 3637-2041

Email- unidademistaalinca@live.com

Aliança, 17 de Outubro de 2022

PARECER

A empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), ofertou o produto GERMI RIO PLUS, fabricado pela empresa RIOQUÍMICA S.A., não atende as especificações solicitadas no edital, conforme abaixo:

DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE 5ª GERAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, GALÕES DE 5 LITROS, DE ALTA DILUIÇÃO HOSPITALAR, COMPOSIÇÃO CLORETO DE ALQUIDIMETILBENZILAMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5% TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA.

O produto ofertado possui baixa concentração da substância PHMB em sua composição, divergindo do solicitado, conforme especificações contidas no rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO:

QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, 19,7% P/P. CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) – 0,83% P/P.

Por este motivo não aprovamos o produto da empresa ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI.

Maria das Vitorias dos Santos
Dantas

Coordenadora de Enfermagem/CCIH

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📱 PREFEITURADAALIANCA



Aliança, 19 de Outubro de 2022

PARECER

A empresa CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ofertou o produto SeptPro Plus - solução a base de quaternário de quinta geração e biguanidas, fabricado pela empresa PROLINK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., não atende as especificações solicitadas no edital, conforme abaixo:

DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE 5ª GERAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, GALÕES DE 5 LITROS, DE ALTA DILUIÇÃO HOSPITALAR, COMPOSIÇÃO CLORETO DE ALQUIDIMETIL BENZILAMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5 TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA.

O produto ofertado possui baixa concentração da substância PHMB em sua composição, divergindo do solicitado, conforme especificações contidas no rótulo do produto.

Cloreto de Didecildimetilamônio, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Polyhexa Methylene Biguanide Hydrochloride, Nonil Fenol Etoxilado 9,5 e 0,5% p/p, veículo. Princípio ativo: Cloreto de Didecildimetilamônio 0,12% p/p, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,48% p/p, Polyhexa Methylene Biguanide Hydrochloride 0,1% p/p.

Por este motivo não foi aprovado o produto da empresa CENTER MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

M^a das Vitórias dos S. Dantas
Coordenadora de CCIH
COREN - 193762/PE

Maria das Vitorias dos
Santos Dantas
Coordenadora de Enfermagem
/CCIH



Aliança, 31 de Outubro de 2022

PARECER

Diversas empresas ofertaram produtos e que não atenderam as especificações contidas no edital e conseqüentemente as necessidades do nosso serviço. A empresa C L COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, atendeu aos requisitos legais e ofertou um produto que atendeu as especificações e nossas expectativas, conforme abaixo:

COMPOSIÇÃO:

CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO – 5,2%), PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA – 3,5%), TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E VEÍCULO.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. INDICADO PARA LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, PRÉ-LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, ALÉM DA DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.

Em conseqüência, acreditamos ser o produto mais adequado para utilização em nosso serviço, emitindo um parecer favorável à sua aquisição.

Sem mais.

Atenciosamente.

M^{te} Vitoria S. Dantas
Coordenadora de Enfermagem e CCIH
COREN-193762/PE

Maria das Vitorias dos SantosDantas
Coordenadora de Enfermagem/CCIH